



**LA AEMPS INFORMA DE LA DETECCIÓN DE UNIDADES
FALSIFICADAS DE PRESERVATIVOS DUREX EN EL
MERCADO ESPAÑOL**

ASUNTO:

- La Agencia ha tenido conocimiento de la venta de estos productos en un establecimiento comercial de Barcelona
- El distribuidor de la marca en España ha confirmado que los productos no son genuinos porque utilizan números de lote obsoletos y de forma repetida en varios modelos

ADJUNTO:

Nota informativa: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 08/2025

20 de febrero de 2025

**CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA**



La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el mercado español

Fecha de publicación: 20 de febrero de 2025

Categoría: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 08/2025

- La Agencia ha tenido conocimiento de la venta de estos productos en un establecimiento comercial de Barcelona
- El distribuidor de la marca en España ha confirmado que los productos no son genuinos porque utilizan números de lote obsoletos y de forma repetida en varios modelos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento de la venta de unidades falsificadas de varios modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial de Barcelona. La empresa Reckitt Benckiser HealthCare, S.A., distribuidor de la marca en España, ha confirmado que los productos no son genuinos porque utilizan números de lote obsoletos y de forma repetida en varios modelos.

En la siguiente tabla se muestra la relación de los modelos y los lotes afectados. La forma de identificar estos productos es comprobando el lote y la fecha de caducidad marcados en la base del cartonaje.

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
	Classic	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
 <p>Elite Elite síkosítával ellátott, enyhén vadzsgább óvszer Dodatno lubrikacijom, debjij i Easy-On oblik za veču ugodnost Prezervative putin mal gross, lubrikante suplimentar, cu forma Easy-On pentru un confort sporit Мягко покрытые презервативы с повышенной смазкой и легкая форма Еазу-Он для комфорта Dodatni lubrikant na malo debije kondome sa easy on oblikom za veći komfor 3 óvszer • kondoma • prezervative презервативы • kondomi</p>  <p>2028-02 MADE IN THAILAND 0010471127 KM33158</p>	Elite	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02
 <p>Excita Ribbed Excita Ribbed rücskkel ellátott, enyhén visszafelé-kezelt Dodatno lubrikacijom, debjij i Easy-On oblik za veču ugodnost Prezervative putin mal gross, lubrikante suplimentar, formă Easy-On pentru un confort sporit Мягко покрытые презервативы с повышенной смазкой и легкая форма Еазу-Он для комфорта Dodatni lubrikant na malo debije kondome sa easy on oblikom za veći komfor 3 óvszer • kondoma • prezervative презервативы • kondomi</p>  <p>2028-02 MADE IN THAILAND 0010471127 KM33158</p>	Excita Ribbed	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02

Número de lote y fecha de caducidad

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
 Extra Safe	Extra Safe presentación de 3 unidades	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02
 jeans	Jeans	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02
 Mutual Climax	Mutual Climax	Lote 0010471127 Caducidad 2028-02
 Extra Safe	Extra Safe presentación de 12 unidades	Lote 1000483808 Caducidad 2028-02

Número de lote y fecha de caducidad

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
	Tickle Me	Lote 1000408758 Caducidad 2028-02
	Toghether	Lote 1000587102 Caducidad 2023-03 2028-02



Información para usuarios

- Si dispone de preservativos Durex de alguna de estos modelos, compruebe el lote y la caducidad mostrados en la base del cartonaje.
- Si el lote y caducidad coincide con alguno de los productos de la tabla, no los utilice.



Información para distribuidores y establecimientos de venta

- Verifique si dispone de alguna de estos modelos con lote y caducidad indicados en la base del cartonaje. En dicho caso, no los distribuya y retírelos de la venta.
- Si dispone de preservativos Durex de otros modelos y lotes que presenten características que le hagan sospechar que se pueda tratar de un producto falsificado, contacte con el distribuidor en España del fabricante: Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 900456467.
- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por correo electrónico en la dirección pscontrol@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.

Datos de la empresa

Reckitt Benckiser Healthcare, S.A.

Calle Mataró 28
08403 Granollers, Barcelona
Teléfono 900 456 467



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal **NotificaPS**. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.