

CHLORAPREP INCOLORO 20 MG/ML + 0,70 ML/ML
SOLUCION CUTANEA,60 aplicadores de 1 ml (CN:727708)

Lote y fecha de caducidad:

CHLORAPREP INCOLORO 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCION CUTANEA,60 aplicadores de 1 ml (NR: 78759, CN:727708)

- **Lote: 5344684, fecha de caducidad 31/12/2028**

ASUNTO:

Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales, por riesgo de pérdida de esterilidad por posible sellado defectuoso del aplicador

ADJUNTO: Alerta de medicamentos de uso humano

Referencia: R_27/2026

URGENTE

10 de julio de 2026

**CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA**

ALERTA FARMACÉUTICA

Nº alerta: R_27/2026	Fecha: 09 de julio de 2026
Producto: Medicamento	
Marca comercial, presentación, número de registro y código nacional: CHLORAPREP INCOLORO 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCION CUTANEA,60 aplicadores de 1 ml (NR: 78759, CN: 727708)	
DCI o DOE: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, ISOPROPIL ALCOHOL	
Lote: 5344684	
Fecha de caducidad: 31/12/2028	
Titular de autorización de comercialización: BECTON DICKINSON FRANCE - 11 Rue Aristide Berges, Le Pont de Claix, 38800, Francia	
Fabricante: BD INFECTION PREVENTION - Erembodegen-Dorp 86, Erembodegem, 9320, Bélgica	
Representante local: BECTON DICKINSON, S.A.U - Camino de Valdeolivas, s/n(San Agustín del Guadalix)	
Descripción del defecto: Riesgo de pérdida de esterilidad por posible sellado defectuoso del aplicador	
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación	
Clasificación de los defectos: Clase 1	
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y devolución al laboratorio por los cauces habituales	
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada	

